



Številka.: 6416-6/2020/10

Datum: 7. 12. 2020

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 14. člena Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - UPB1), prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja pravne osebe za izvajanje overitev plinomerov in korektorjev na zahtevo Laboratorijskih sistemov d.o.o. Prečna ulica 9a, 2000 Maribor, ki ga v postopku zastopa g. Vladimir Denac (v nadaljevanju: imenovana oseba), naslednjo:

ODLOČBO O IMENOVANJU

1. S to odločbo se nadomesti odločba Urada o imenovanju št. 6416-3/2017/6 z dne 11. 8. 2017, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Plinomeri -mehovni -ultrazvočni	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 4 – Plinomeri in korektorji (MI-002)	Merilno področje: - mehovni plinomeri od 15 l/h do 40 m ³ /h - ultrazvočni plinomeri: Od 40 l/h do 10 m ³ /h Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe
Korektorji	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 4 - Plinomeri in korektorji (MI-002)	Merilno področje: (0,8 - 6) bar abs (-10 - 60) °C Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe in na terenu.

Imenovana oseba je podala tudi zahtevo za imenovanje za izvajanje overitev plinomerov v uporabi, kar pa ni področje izvajanja overitev in zato se v tem delu zahtevi ne ugoti.

2. Identifikacijska številka imenovane osebe je 387.
3. Overitve meril v obsegu iz prve točke izreka te odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije K-050 in prilogi k akreditacijski

listini št. 3150-0139/10-0009 z dne 26. 7. 2019 ter v skladu s predpisi iz prve točke izreka te odločbe.

O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-050 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

4. Imenovana oseba lahko izven postopka overitve izvede uskladitev stanja števca na korektorju ob menjavi plinomera ali korektorja, vnos impulzne konstante ob menjavi plinomera ali korektorja, spremembo plinskega dneva, spremembo sestave zemeljskega plina ali spremembo referenčne temperature in na korektor ponovno namesti zaščitne oznake pod pogojem, da o načrtovanem posegu predhodno obvesti urad in o posegu vodi zapisnik, ki ga hrani na vpogled uradu.
5. Imenovana oseba mora v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.
6. Imenovana oseba mora:
 - izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
 - izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
 - delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
 - delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
 - nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
 - vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
 - sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
 - obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
 - slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
 - sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
 - delovati v skladu z navodili Urada
7. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.
8. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

Obrazložitev:

Dne 11. 9. 2020 je imenovana oseba na podlagi pravilnika podala zahtevo št. 6416-6/2020/1 za imenovanja za izvajanje overitev meril v obsegu:

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Plinomeri -mehovni -ultrazvočni	redna, izredna	Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 4 – Plinomeri in korektorji (MI-002)	Merilno področje: - mehovni plinomeri od 15 l/h do 40 m ³ /h - ultrazvočni plinomeri: Od 40 l/h do 10 m ³ /h Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe.
Korektorji	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 4 - Plinomeri in korektorji (MI-002)	Merilno področje: (0,8 - 6) bar abs (-10 - 60) °C Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe in na terenu.

V predmetni zadevi gre za spremembo obsega imenovanja imenovane osebe, kot izhaja iz zgornje tabele zaradi izvajanja overitev na področje izvajanja overitev korektorjev na terenu. Imenovana oseba je podala tudi zahtevo za imenovanje za izvajanje overitev plinomerov v uporabi, kar pa ni področje izvajanja overitev in zato se v tem delu zahtevi ne ugotovi.

Pri imenovani osebe izvajajo tudi postopke, ko se odstranijo zaščitne oznake, namestijo nove, po opravljenem postopku pa se overitev ne izvede.

Ti postopki so povezani z izvajanjem overitev korektorjev, ko se ločeno od overitve posega v korektorje (uskladitev stanja števca na korektorju ob menjavi plinomera, vnos impulzne konstante, sprememba plinskega dneva/ure, sprememba sestave/zgornje kurilnosti zemeljskega plina, sprememba referenčne temperature) in vsebujejo:

1. Uskladitev "nekorigiranega" volumna korektorja s stanjem plinomera: nastavitev stanja nekorigiranega volumna korektorja (to pomeni, da je nekorigiran volumen korektorja enak stanju plinomera) se navadno izvaja v laboratoriju, v kolikor sta plinomer in korektor na overjanje dostavljena skupaj (v paru), oziroma je številčno stanje plinomera poznano. Lahko pa se nastavitev izvede tudi na terenu, v primeru menjave le enega merila; plinomera ali korektorja. Obstoječa zaščitna oznaka se odstrani, spremeni vrednost nekorigiranega volumna na korektorju in namesti nova zaščitna oznaka. Dodatna overitev korektorja zaradi uskladitve stanj ni potrebna.

2. Sprememba impulzne vrednosti na korektorju:

V kolikor sta plinomer in korektor na overjanje dostavljena skupaj (v paru), se impulzna vrednost (št. imp./m³) nastavi v laboratoriju tekom postopka redne ali izredne overitve korektorja. V kolikor pa je zaradi okvare, na terenu potrebno izvesti le menjavo korektorja ali plinomera, se vnos nove impulzne vrednosti lahko izvede tudi na terenu. V tem primeru je potrebno odstraniti/uničiti obstoječo zaščitno oznako, nastaviti novo impulzno vrednost, ki ustreza impulzni vrednosti plinomera in namestiti novo zaščitno oznako. Naknadna overitev korektorja ni potrebna.

3. Sprememba plinskega dne: nastavitev novega plinskega dne se izvede le v primeru spremembe zakonodaje in se navadno izvaja na terenu. Korektorju se odstrani obstoječa

zaščitna oznaka, spremi čas plinskega dne in namesti nova zaščitna oznaka. Dodatna overitev korektorja ni potrebna.

4. Sprememba sestave zemeljskega plina:

Za izračun stisljivosti zemeljskega plina se upošteva standardiziran algoritem S-GERG 88, ki upošteva zgornjo kurilnost zemeljskega plina, relativno gostoto zemeljskega plina, molski delež ogljikovega dioksida in molski delež vodika. Povprečne letne veličine se določijo na podlagi stalnega merjenja sestave zemeljskega plina, veličine pa so volumsko uravnotežene. Spremembo vhodnih parametrov zaradi spremenjene kemijske sestave zemeljskega plina v korektorju se zamenjajo ob naslednji redni ali izredni overitvi, ki se izvede v laboratoriju. Če obstajajo aktivnosti, kot sta npr. sprememba plinskega dne ali sprememba referenčne temperature, potem se ob obiskih merilnega mesta in v dogovoru z imetnikom/skrbnikom merila lahko posodobi tudi sestava zemeljskega plina v korektorju.

V korektorje se vnaša trenutno veljavna sestava, glede na letno obvestilo s strani OPS (operater prenosnega omrežja, družba Plinovodi).

Vpliv zgornje kurilnosti in ostalih vhodnih veličin na stisljivost zemeljskega plina je mnogo manjši kot pa vpliv kurilnosti na posredno merjenje energije.

5. Sprememba referenčnih pogojev (referenčna temperatura in tlak):

Obstoječo zaščitno oznako je potrebno odstraniti tudi ob morebitni spremembi referenčnih pogojev, katerih nastavljena vrednost je odvisna od trenutno veljavne nacionalne zakonodaje.

Aktivnost se lahko izvede na terenu ali v laboratoriju (navadno ob postopku ponovne overitve korektorja), z odstranitvijo obstoječe zaščitne oznake, spremembo vrednosti referenčne temperature in namestitvijo nove zaščitne oznake. V kolikor ima korektor še veljavno overitev novo overjane, zaradi spremembe referenčnih pogojev, ni potrebno.

Ob spremembi se na korektor namesti interna nalepka, ki pojasnjuje na novo nastavljene referenčne pogoje in iz katere je razviden pretvorbeni faktor, za pretvarjanje volumske količine iz Sm^3 v Nm^3 .

Zahteva za spremembo imenovanja je vsebovala:

- ime firme in naslov vložnika zahteve
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril) oz. se želi posodobitev imenovanja
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva
- podatke o odločbi o imenovanju
- izjavo o veljavnostih zadnje potrjene verzije dokumentov poslovnika kakovosti, vnesenih v bazo MIRS-info
- sporočilo, da imenovana oseba nima morebitnih podpogodbnikov

S sklepom št. 6416-6/2020/4 z dne 15. 9. 2020 je bila imenovana strokovna komisija v sestavi ga. Mojca Božiček (vodja) ter člana ga. Simona Selič in mag. Grega Kovačič z nalogo izvedbe postopka za posodobitev imenovanja in priprave mnenja o tem, ali imenovana oseba izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajočo dokumentacijo preučila. Na podlagi pregleda dokumentacije je komisija ugotovila, da je bila vloga popolna in ustreza zahtevam za imenovanje iz 3. člena pravilnika.

Imenovana oseba je za navedena področja pridobila akreditacijsko listino K-050 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0139/10-0009 z dne 26. 7. 2019. S to prilogo k akreditacijski listini ji izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C za izvajanje predmetnih overitev meril.

Skladno s 3. členom pravilnika je lahko za izvajanje prvih overitev oziroma overitev imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:

1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično in strokovno usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med opravljanjem svojih nalog,
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo za izvajanje overitev,
3. ima zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz imenovanj,
4. je usposobljen za izvajanje overitev skladno s:
 - predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,
 - predpisom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom, ki ureja postopek overitve meril.

Če osebje imenovane osebe istočasno dela tudi v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno osebje v tej organizaciji ne sodeluje pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh meril.

Po pregledu zahtevi priložene dokumentacije in v skladu s 5. členom pravilnika izvedenega ocenjevalna obiska dne 25. 9. 2020 o katerem je sestavljen zapisnik št. 6416-6/2020/5, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju in ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info ter na osnovi drugih dostopnih informacij, je komisija preverila zgornje zahteve in ugotovila, da je zahteva imenovane osebe za spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena.

Komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-6/2020/7 z dne 25. 10. 2020 o utemeljenosti zahteve za imenovanje št. 6416-6/2020/1 z dne 11. 9. 2020.

Na podlagi zahteve, zahtevi priložene dokumentacije in pozitivnega mnenja strokovne komisije je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za imenovanje in sicer v zgoraj navedenem obsegu in da je zato zahteva imenovane osebe utemeljena.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 124/06, 122/07 in 62/10).

Identifikacijska številka imenovane osebe, ki je navedena v 2. točki izreka, je namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika mora imenovana oseba izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v 5. točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugodi.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali

elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. števil. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15 – ZUJF, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v znesku 18,10 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,10 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah sta poravnani.

Postopek vodila:

Mojca Božiček
sekretarka



dr. Samo Kopač
v.d. direktorja



Vročiti:

- Laboratorijski sistemi d.o.o., Prečna ulica 9b, 2000 Maribor, vročeno po ZUP

Vložiti:

zbirka dokumentarnega gradiva